

Pergunta

No item 7.5 do Termo de Referência foi mencionado o range de medição como 0-100ppm, para o sensor de CO do item 01, mas o ponto de alarme como 200ppm. Ficando fora do range do instrumento. Poderiam confirmar o range de medição do instrumento ?

| Sensor | Faixa | Alarme mínimo pré-definido | Alarme máximo pré-definido | Alarme TWA | Alarme STEL |
|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| LEL | 0 a 100%LEL | 20% LEL | 50% LEL | - | 0.1% |
| H2S | 0 a 100 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| CO | 0 a 100 ppm | 35 ppm | 200 ppm | 35 ppm | 200ppm |
| O2 | 0 a 30 vol | 19,5 vol | 23,5 vol | - | 1% |

Resposta

Descrição dos Produtos - Sensor CO, alterar a Faixa para: 0 a 1000ppm.